

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

FSH : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۴۱۸	۱,۶۴۵	۴۳,۱۸۸	۴۴,۸۳۳	۴۶,۴۷۸	۴۸,۱۲۳	۴۹,۷۶۸	۵۱,۴۱۳	۵۳,۰۵۸

مقدار	تاریخ
۵۱,۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۵۱,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۴۹,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۵۱,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۷,۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۴۷,۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۴۶,۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۴۶,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۴۷,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۷,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۴۶,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۴۷,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۴۸,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۴۷,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۴۸,۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۴۹,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۴۷,۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 3.631	SD: 1.765	Mean: 48.591
------------	-----------	--------------

