

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

Folic Acid-CLIA : عنوان آزمایش :
SIMENSE : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۰۹	۰.۸۶۹	۱۴.۴۶۶	۱۵.۳۳۵	۱۶.۲۰۴	۱۷.۰۷۳	۱۷.۹۴۲	۱۸.۸۱۱	۱۹.۶۸

مقدار	تاریخ
۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۸.۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۶.۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۸.۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۷.۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۷.۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۷.۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۸.۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۱۶.۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۷.۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۱۷.۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۱۶.۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۱

CV%: 4.367	SD: 0.754	Mean: 17.256
------------	-----------	--------------

