

Varia High : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

سری ساخت : ۳۴۲۲۹۶ /

Folic Acid : عنوان آزمایش :
elecys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۸.۷۸۴	۱.۰۵۲	۸.۸۲۳	۹.۸۷۵	۱۰.۹۲۷	۱۱.۹۷۹	۱۳.۰۳۱	۱۴.۰۸۳	۱۵.۱۳۵

مقدار	تاریخ
۱۰.۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۱.۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۲.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۲.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۱.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۲.۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳.۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۱.۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۲.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۲.۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۱۱.۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۱۱.۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۱۰.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱۳.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲.۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۰.۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۱۳.۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۱۲.۵۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱۲.۷۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۱۱.۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۱۳.۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۳.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۱

CV%: 7.728	SD: 0.929	Mean: 12.024
------------	-----------	--------------

