

Varia High : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

سری ساخت : ۳۴۲۳۹۶

Folic Acid : عنوان آزمایش :
elecsys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۸.۸۶۶	۱.۰۹۳	۹.۰۵۳	۱۰.۱۴۶	۱۲.۳۳۳	۱۳.۴۳۵	۱۴.۵۱۸	۱۵.۶۱۱

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۳.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۴.۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۱۳.۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱۲.۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۲.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۱۰.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۱۲.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۳.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۶

CV%: 8.724	SD: 1.124	Mean: 12.88
------------	-----------	-------------

