

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

Folic Acid-CLIA : عنوان آزمایش :
SIMENSE : عنوان دستگاه :


| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₃ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₃ |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵.۰۹ | ۰.۸۶۹ | ۱۴.۴۶۶ | ۱۵.۳۳۵ | ۱۶.۲۰۴ | ۱۷.۰۷۳ | ۱۷.۹۴۲ | ۱۸.۸۱۱ | ۱۹.۶۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۶.۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
| ۱۵.۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
| ۱۶.۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
| ۱۸.۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
| ۱۶.۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۷.۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
| ۱۶.۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
| ۱۵.۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
| ۱۶.۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
| ۱۶.۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
| ۱۶.۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
| ۱۵.۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
| ۱۷.۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۷.۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
| ۱۶.۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
| ۱۷.۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
| ۱۶.۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
| ۱۷.۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
| ۱۷.۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
| ۱۷.۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
| ۱۷.۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |

| | | |
|------------|----------|------------|
| CV%: 4.998 | SD: 0.84 | Mean: 16.8 |
|------------|----------|------------|



22