

عنوان آزمایش : Folic Acid

عنوان دستگاه : elecsys /سری ساخت : 342296

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1398/10/09

Varia High

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
13.183	12.198	11.213	10.228	9.243	8.258	7.273	0.985	9.633

تاریخ	مقدار
30/05/1400	11.84
31/05/1400	12.2

تاریخ	مقدار
23/05/1400	11.48
26/05/1400	10.9

تاریخ	مقدار
20/05/1400	11.2
21/05/1400	10.3

Mean: 11.32	SD: 0.678	CV%: 5.994
-------------	-----------	------------

