

Varia High : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

سری ساخت : ۳۴۲۳۹۶

عنوان آزمایش : Folic Acid
عنوان دستگاه : elecsys

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۹.۷۶۲	۱.۰۲۵	۷.۴۲۶	۸.۴۵۱	۹.۴۷۶	۱۰.۵۰۱	۱۱.۵۲۶	۱۲.۵۵۱	۱۳.۵۷۶

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۱۲.۶۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۱۱.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۸.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۱.۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۲.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱۱.۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۹.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۴

CV%: 12.75	SD: 1.419	Mean: 11.131
------------	-----------	--------------

