

عنوان آزمایش : Folic Acid  
عنوان دستگاه : abbot  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷  
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۷.۴۸۴	۰.۲۱۲	۲.۱۹۵	۲.۴۰۷	۲.۶۱۹	۲.۸۳۱	۲.۰۴۳	۳.۲۵۵	۳.۴۶۷

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۲.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳.۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۲.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۲.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۳.۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۳.۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳.۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
۲.۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۲.۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱

CV%: 8.468	SD: 0.245	Mean: 2.89
------------	-----------	------------

