

Perci control varia II : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۱۱/۰۵:

Folic Acid : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۲۳۴۴۹

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۹.۶۰۶	۱.۲۳۳	۹.۱۴	۱۰.۳۷۳	۱۱.۶۰۶	۱۲.۸۳۹	۱۴.۰۷۲	۱۵.۳۰۵	۱۶.۵۲۸

مقدار	تاریخ
۱۲.۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۲.۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۲.۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱۲.۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۴.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۳.۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مقدار	تاریخ
۹.۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۲.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۱۲.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۴.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۱۲.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹

CV%: 10.078	SD: 1.316	Mean: 13.056
-------------	-----------	--------------

