

Premium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Folic Acid : عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ec۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۴	۰,۶۰۳	۵,۶۹۱	۶,۲۹۴	۶,۸۹۷	۷,۵	۸,۱۰۳	۸,۷۰۶	۹,۳۰۹

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۶,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۶,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۶,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۸,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۸,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۷,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۷,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳

CV%: 8.336	SD: 0.634	Mean: 7.607
------------	-----------	-------------

