

Premium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Folic Acid : عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ec۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۳۰۴	۰,۶۴	۵,۷۹	۶,۴۳	۷,۰۷	۷,۷۱	۸,۳۵	۸,۹۹	۹,۶۳

مقدار	تاریخ
۸,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۸,۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۷,۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۷,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۶,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۹,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۷,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۸,۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۹,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۸,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 8.298	SD: 0.672	Mean: 8.096
------------	-----------	-------------

