

Perci control varia II : عنوان کنترل : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ : سری ساخت : ۵۲۳۴۴۹ : عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۱,۷۷۱	۱,۴۴۳	۷,۹۳۲	۹,۳۷۵	۱۰,۸۱۸	۱۲,۲۶۱	۱۳,۷۰۴	۱۵,۱۴۷	۱۶,۵۹

مقدار	تاریخ
۹,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸
۱۰,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۱۲,۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۱۲,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۱۲,۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۹,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۱۰,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۸,۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۱۲,۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۳,۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۱۰,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 12.668	SD: 1.442	Mean: 11.38
-------------	-----------	-------------

