

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

bioradII : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

سری ساخت : ۴۰۳۸۲/

Folic Acid-CLIA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _۱ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۸.۵۲۷	۰.۹۰۴	۷.۸۸۹	۸.۷۹۳	۹.۶۹۷	۱۰.۶۰۱	۱۱.۵۰۵	۱۲.۴۰۹	۱۳.۳۱۳

مقدار	تاریخ
۱۰.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱۱.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۹.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۹.۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۰.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۰.۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۰.۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۱۰.۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۰.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱۰.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱۰.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۱۱.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۹.۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۹.۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۹.۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۹.۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱

CV%: 7.933	SD: 0.825	Mean: 10.401
------------	-----------	--------------

