

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

bioradII : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

سری ساخت : ۴۰۳۸۲ /

Folic Acid-CLIA

: عنوان آزمایش :

simense

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۵۵۹	۰.۶۵۹	۸.۰۷۴	۸.۷۳۳	۹.۳۹۳	۱۰.۰۵۱	۱۰.۷۱	۱۱.۳۶۹

مقدار	تاریخ
۱۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۹.۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۹.۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۹.۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۹.۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۹.۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۹.۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۹.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۹.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۰.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۹.۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۱.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۹.۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۹.۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۰.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۱۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۹.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۹.۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۹.۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۰.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۹.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 6.482	SD: 0.65	Mean: 10.026
------------	----------	--------------

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad III : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

Folic Acid-CLIA

: عنوان آزمایش :

SIMENSE

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۸.۳	۱.۵۶۷	۱۰.۴۹۹	۱۲.۰۶۶	۱۳.۶۳۳	۱۵.۲	۱۶.۷۶۷	۱۸.۳۳۴	۱۹.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۶.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱۷.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۱۵.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۱۷.۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱۷.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۱۵.۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۱۶.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۸.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۱۶.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۶.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱۴.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۷.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۵.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱۸.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱۶.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱۷.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۹.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۶.۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۷.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۱۶.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱۶.۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱۴.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶

CV%: 7.649	SD: 1.272	Mean: 16.633
------------	-----------	--------------