

راندوکس II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

عنوان آزمایش : (Estriol (Free
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۸۱۵۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۹۱۴	۰,۲۱۸	۲,۰۹۷	۲,۳۱۵	۲,۵۳۳	۲,۷۵۱	۲,۹۶۹	۳,۱۸۷	۳,۴۰۵

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۲,۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸

CV%: 10.13	SD: 0.257	Mean: 2.537
------------	-----------	-------------

