

عنوان کنترل : abbot-I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۱۳	۰,۰۲۴	۰,۲۶۶	۰,۲۹	۰,۳۱۴	۰,۳۳۸	۰,۳۶۲	۰,۳۸۶	۰,۴۱

مقدار	تاریخ
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۰,۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۰,۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۰,۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۰,۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۰,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۰,۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۰,۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۰,۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰,۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 6.953	SD: 0.023	Mean: 0.334
------------	-----------	-------------

