

permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

Free T3 : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۱۴۹	۰,۶۱۹	۸,۲۱۵	۸,۸۳۴	۹,۴۵۳	۱۰,۰۷۲	۱۰,۶۹۱	۱۱,۳۱	۱۱,۹۲۹

مقدار	تاریخ
۸,۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۱۰,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۱۰,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۹,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۹,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۱۰,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۸,۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۱۰,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۹,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۸,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۱۰,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۱۰,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۸,۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۹,۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۸,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۹,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 8.023	SD: 0.769	Mean: 9.586
------------	-----------	-------------

