

Premium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

Free T4 : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۰,۲ | ۰,۴۷۷ | ۴,۲۷۹ | ۴,۷۵۶ | ۵,۲۳۳ | ۵,۷۱ | ۶,۱۸۷ | ۶,۶۶۴ | ۷,۱۴۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
| ۴,۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
| ۵,۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵,۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
| ۵,۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
| ۵,۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
| ۵,۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
| ۵,۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵,۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
| ۵,۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
| ۵,۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
| ۶,۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
| ۵,۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
| ۵,۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| CV%: 10.343 | SD: 0.591 | Mean: 5.709 |
|-------------|-----------|-------------|

