

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

سری ساخت : BE00۰۱۵۳۷

HAV Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۰۱۵	۰.۱۱۶	۱.۵۷۴	۱.۶۹	۱.۹۳۳	۲.۰۳۸	۲.۱۵۴	۲.۲۷

مقدار	تاریخ
۱.۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲.۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲.۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱.۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۲.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۲.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۲.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۲.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱.۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۲.۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۲.۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۱.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۱.۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۰

CV%: 6.546	SD: 0.131	Mean: 2.002
------------	-----------	-------------

