

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : BEOO۰۱۵۳۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰.۷۰۹	۰.۲۰۸	۱.۳۱۴	۱.۵۲۲	۱.۷۳	۱.۹۳۸	۲.۱۴۶	۲.۳۵۴	۲.۵۶۲

مقدار	تاریخ
۱.۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱.۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱.۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰

CV%: 7.729	SD: 0.141	Mean: 1.825
------------	-----------	-------------

