

عنوان کنترل : abbot I
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

عنوان آزمایش : (HAV Ab(IgG
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : ۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۹۵۸	۰.۲۳۳	۱.۹۰۳	۲.۱۳۶	۲.۳۶۹	۲.۶۰۲	۲.۸۲۵	۳.۰۶۸	۳.۳۰۱

مقدار	تاریخ
۲.۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲.۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲.۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲.۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲.۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۳.۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲.۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲.۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۲.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲.۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 9.598	SD: 0.259	Mean: 2.698
------------	-----------	-------------

