

عنوان کنترل : abbot I  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

عنوان آزمایش : (HAV Ab(IgG  
عنوان دستگاه : ABBOTT  
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷	۰.۴۱۷	۱.۰۲۹	۱.۴۴۶	۱.۸۶۳	۲.۲۸	۲.۶۹۷	۳.۱۱۴	۳.۵۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳.۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲.۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲.۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲.۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲.۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲.۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲.۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۲.۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲.۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲.۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲.۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲.۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲.۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲.۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳.۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۲.۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲.۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲.۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲.۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲.۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱

CV%: 9.649	SD: 0.265	Mean: 2.752
------------	-----------	-------------

