

عنوان کنترل : abbot I
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

عنوان آزمایش : (HAV Ab(IgG
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۷۹۵	۰.۱۷۲	۲.۴۴۹	۲.۶۲۱	۲.۷۹۳	۲.۹۶۵	۲.۱۳۷	۳.۳۰۹	۲.۴۸۱

مقدار	تاریخ
۲.۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳.۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۳.۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۳.۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷

CV%: 4.2	SD: 0.128	Mean: 3.054
----------	-----------	-------------

