

عنوان کنترل : abbot I
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

عنوان آزمایش : (HAV Ab(TOTAL
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۳۴۲	۰,۱۹۴	۲,۴۸۲	۲,۶۷۶	۲,۸۷	۳,۰۶۴	۳,۲۵۸	۳,۴۵۲	۳,۶۴۶

مقدار	تاریخ
۲,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۲,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۳,۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۳,۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۳,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۲,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۳,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۳,۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۳,۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۳,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳,۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۳,۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳

CV%: 7.798	SD: 0.236	Mean: 3.032
------------	-----------	-------------

