

عنوان کنترل : abbot

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۱۱:

سری ساخت : /BE00۱۰۴۳۴

HbAb (Total:
(IgG/M/A
abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۳۷۶	۰.۱۶۳	۲.۱۱۵	۲.۳۷۸	۲.۴۴۱	۲.۶۰۴	۲.۷۶۷	۲.۹۳	۲.۰۹۳

مقدار	تاریخ
۲.۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۲.۵۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲.۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۲.۷۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

مقدار	تاریخ
۲.۶۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۲.۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۲.۵۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴

CV%: 2.542	SD: 0.066	Mean: 2.607
------------	-----------	-------------

