

عنوان آزمایش : (HBcAb IgM)
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : bcm.ce
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
کنترل داخل کیت

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۵,۰۲۲	۰,۰۶۷	۰,۲۴۵	۰,۳۱۲	۰,۳۷۹	۰,۴۴۶	۰,۵۱۳	۰,۵۸	۰,۶۴۷

مقدار	تاریخ
۰,۴۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰,۵۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۰,۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۳۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۰,۳۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۰,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۰,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۰,۳۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۰,۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۰,۴۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۰,۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۰,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۰,۳۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۷

CV%: 20.557	SD: 0.087	Mean: 0.421
-------------	-----------	-------------

