

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

DIASORIN II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۲/۰۶:

عنوان آزمایش : (HBcAb (IgM
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۵۹۳۰۴۸۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۹۳۵	۰.۱۱۹	۱.۶۵۵	۱.۷۷۴	۲.۰۱۲	۲.۱۲۱	۲.۲۵	۲.۳۶۹

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۲.۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱.۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۱.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۲.۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۱.۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

CV%: 4.459	SD: 0.089	Mean: 2.002
------------	-----------	-------------