

Diasorin-High : عنوان کنترل :

HbCAb (Total: عنوان آزمایش :
IgG/M/A)CLIA

شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۲/۰۳:

سری ساخت : ۵۹۱۰۴۹۰

لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۵.۷۵۲	۰.۰۲۷	۰.۲۸۱	۰.۴۰۸	۰.۴۳۵	۰.۴۶۲	۰.۴۸۹	۰.۵۱۶	۰.۵۴۳

مقدار	تاریخ
۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۰.۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۰.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۰.۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۰.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۰.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۰.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۰.۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 7.493	SD: 0.035	Mean: 0.471
------------	-----------	-------------

