

DIASORIN II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۵/۰۲:

سری ساخت : /۵۹۳۰۴۸۰

HBcAb (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _۱ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۷.۳	۰.۳۱۷	۱.۰۹۹	۱.۴۱۶	۱.۷۳۳	۲.۰۵	۲.۳۶۷	۲.۶۸۴	۳.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۴

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۳

مقدار	تاریخ
۲.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲

CV%: 2.706	SD: 0.058	Mean: 2.133
------------	-----------	-------------

