

عنوان کنترل : عنوان کنترل
شروع کنترل :
۱۴۰۲/۰۱/۲۹:

سری ساخت : ۰۱۴۲

عنوان آزمایش : (HbAb (Total: IgG/M/A
عنوان دستگاه : simense

| %CV | SD | SD ^{۲-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|-----|-------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۰ | ۰.۲۱۳ | ۱.۴۸۱ | ۱.۶۹۴ | ۱.۹۰۷ | ۲.۱۲ | ۲.۳۳۳ | ۲.۵۴۶ | ۲.۷۵۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
| ۲.۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
| ۲.۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
| ۲.۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
| ۲.۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
| ۲.۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
| ۲.۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.427 | SD: 0.097 | Mean: 2.192 |
|------------|-----------|-------------|

