

عنوان آزمایش : (HBcAb (Total: IgG/M/A  
عنوان دستگاه : لیازون  
پولد سرم : عنوان کنترل : ... سری ساخت :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۶,۰۱	۰,۱۱۲	۰,۳۶۵	۰,۴۷۷	۰,۵۸۹	۰,۷۰۱	۰,۸۱۳	۰,۹۲۵	۱,۰۳۷

مقدار	تاریخ
۰,۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۰,۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۰,۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۰,۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۰,۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۰,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۰,۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷

مقدار	تاریخ
۰,۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۰,۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۰,۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸

CV%: 18.632	SD: 0.124	Mean: 0.663
-------------	-----------	-------------

