

عنوان آزمایش : HBsAb
عنوان دستگاه : abbot
عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
سری ساخت : /FN00۶۲۸۸۰

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱	۱.۶۶۷	۹.۹۹۹	۱۱.۶۶۶	۱۳.۳۳۳	۱۵	۱۶.۶۶۷	۱۸.۳۳۴	۲۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۶.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۱۷.۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۵.۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴

CV%: 2.974	SD: 0.485	Mean: 16.3
------------	-----------	------------

