

عنوان آزمایش : HCV Ab
عنوان دستگاه : Cobas E411 سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

عنوان کنترل : perci con hcv
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
4.565	4.298	4.031	3.764	3.497	3.23	2.963	0.267	7.105

تاریخ	مقدار
26/01/1403	3.82
27/01/1403	3.67
28/01/1403	4
29/01/1403	3.69

تاریخ	مقدار
18/01/1403	3.34
19/01/1403	3.55
20/01/1403	3.82
21/01/1403	4
25/01/1403	3.72

تاریخ	مقدار
07/01/1403	3.98
08/01/1403	3.5
11/01/1403	3.15
14/01/1403	4
16/01/1403	3.52

Mean: 3.697	SD: 0.264	CV%: 7.138
-------------	-----------	------------

