

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۴۶۹	۰,۲۷۵	۲,۸۵۱	۳,۱۲۶	۳,۴۰۱	۳,۶۷۶	۳,۹۵۱	۴,۲۲۶	۴,۵۰۱

مقدار	تاریخ
۲,۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۳,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲,۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۳,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۲,۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۳,۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۳,۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴,۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۳,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۳,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۳,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۳,۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۳,۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۳,۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۳,۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۳,۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 9.81	SD: 0.339	Mean: 3.456
-----------	-----------	-------------

