

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : architect  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

عنوان آزمایش : HCV Ab  
عنوان دستگاه : Abbott  
سری ساخت : B011359

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶	۰.۳۸	۲.۲۸	۲.۶۶	۳.۰۴	۳.۴۲	۳.۸	۴.۱۸	۴.۵۶

مقدار	تاریخ
۳.۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۳.۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۳.۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۴.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۴.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۳.۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۳.۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۳.۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۳.۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳

CV%: 7.495	SD: 0.288	Mean: 3.84
------------	-----------	------------

