

Qualitative

تاریخ :	پنج شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱	آزمایش ۱ :	HDV Ab
کیت :	DIAPRO	کنترل مثبت :	کنترل
شرکت سازنده :	DIAPRO	شرکت سازنده :	DIAPRO
سری ساخت :	C5T8/11	سری ساخت :	سری ساخت
تاریخ انقضاء :	۱/۲۰۲۳	تاریخ انقضاء :	تاریخ انقضاء
معیار پذیرش :	۰.۱ تا ۰.۱	مرجع معیار پذیرش :	مرجع معیار پذیرش

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۰۶/۰۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰.۰۷۳	
۱۴۰۱/۰۵/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰.۰۵۲	
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰.۰۷۴	
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰.۰۵۹	