

Control LOW : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

HE4 (CLIA : عنوان آزمایش :
Elecsys : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۸۶۰۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۰۳۴	۲,۸۰۵	۳۸,۰۶۸	۴۰,۸۷۳	۴۳,۶۷۸	۴۶,۴۸۳	۴۹,۲۸۸	۵۲,۰۹۳	۵۴,۸۹۸

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 5.891	SD: 2.769	Mean: 47
------------	-----------	----------

