

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgG  
عنوان دستگاه : لیازون  
سری ساخت : /۶۷۱۰۳۴۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱  
عنوان کنترل : Pooled serum

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰,۷۷۶	۱,۳۹۲	۸,۷۴۲	۱۰,۱۳۴	۱۱,۵۲۶	۱۲,۹۱۸	۱۴,۳۱	۱۵,۷۰۲	۱۷,۰۹۴

مقدار	تاریخ
۱۱,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۲,۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۹,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۳,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۹,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۴,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶

CV%: 14.16	SD: 1.697	Mean: 11.988
------------	-----------	--------------

