

عنوان آزمایش : HSV Ab 1+2 (IgM)
عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : ۹

عنوان کنترل : کنترل مثبت
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
36.335	32.371	28.407	24.443	20.479	16.515	12.551	3.964	16.219

تاریخ	مقدار
30/01/1403	19.31

تاریخ	مقدار
21/01/1403	22.2
26/01/1403	29.1
28/01/1403	32.3

تاریخ	مقدار
14/01/1403	21.2
16/01/1403	18.2
19/01/1403	30.4

Mean: 24.673	SD: 5.765	CV%: 23.365
--------------	-----------	-------------

