

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

عنوان آزمایش : HBeAb
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۷۴۹	۰,۰۱	۰,۰۷۷	۰,۰۸۷	۰,۰۹۷	۰,۱۰۷	۰,۱۱۷	۰,۱۲۷	۰,۱۳۷

مقدار	تاریخ
۰,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۰,۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۰,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۰,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۰,۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۰,۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۰,۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۰,۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۰,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۰,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۰,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۰,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۰,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۰,۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۰,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۰,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 8.401	SD: 0.009	Mean: 0.112
------------	-----------	-------------

