

DIASORIN II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

HBsAg-CLIA : عنوان آزمایش :  
لیازون : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۵۹۶۰۴۷۰

| %CV    | SD    | SD <sub>2</sub> - | SD <sub>1</sub> - | MEAN  | SD <sub>1</sub> | SD <sub>2</sub> | SD <sub>2</sub> |
|--------|-------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۲.۴۸۱ | ۰.۰۵۶ | ۰.۲۸              | ۰.۳۳۶             | ۰.۴۴۸ | ۰.۵۰۴           | ۰.۵۶            | ۰.۶۱۶           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۴۳  | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
| ۰.۵   | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
| ۰.۳۹  | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۴۶  | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
| ۰.۵   | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
| ۰.۴۹  | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
| ۰.۵۶  | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۴۷  | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
| ۰.۴۸  | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
| ۰.۴۸  | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
| ۰.۵۲  | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| CV%: 9.317 | SD: 0.045 | Mean: 0.48 |
|------------|-----------|------------|

