

DIASORIN II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

HBeAg-CLIA : عنوان آزمایش :  
لیازون : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۵۹۶۰۴۷۰

%CV	SD	SD <sub>۲-</sub>	SD <sub>۲-</sub>	SD <sub>۱-</sub>	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۱۰.۱۸	۰.۰۴۷	۰.۳۱۹	۰.۳۶۶	۰.۴۱۳	۰.۴۶	۰.۵۰۷	۰.۵۵۴	۰.۶۰۱

مقدار	تاریخ
۰.۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۵۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۰.۵۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۳
۰.۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۴

مقدار	تاریخ
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰.۴۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۴

CV%: 8.095	SD: 0.041	Mean: 0.501
------------	-----------	-------------

