

DIASORIN II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

HBsAg-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۶۰۴۷۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۵۱۳	۰.۰۴۷	۰.۲۵۳	۰.۴	۰.۲۴۷	۰.۴۹۴	۰.۵۴۱	۰.۵۸۸	۰.۶۳۵

مقدار	تاریخ
۰.۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۰.۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۰.۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۰.۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۰.۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۰.۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۰.۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۰.۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۰.۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۰.۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۸

CV%: 7.95	SD: 0.039	Mean: 0.496
-----------	-----------	-------------

