

DIASORIN II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

سری ساخت : ۵۹۶۰۵۶۰
عنوان آزمایش : HBeAg
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۶,۶۹۶	۰,۰۸۱	۰,۲۴۱	۰,۳۲۲	۰,۴۰۳	۰,۴۸۴	۰,۵۶۵	۰,۶۴۶	۰,۷۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۰,۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۰,۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۰,۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۰,۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۰,۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۰,۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸

CV%: 17.033	SD: 0.09	Mean: 0.53
-------------	----------	------------

