

عنوان آزمایش : Insulin
عنوان دستگاه : Cobas 6000
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹
عنوان کنترل : Perci Control Level I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۵۴۹	۱,۸۶۸	۱۹,۱۳۶	۲۱,۰۰۴	۲۲,۸۷۲	۲۴,۷۴	۲۶,۶۰۸	۲۸,۴۷۶	۳۰,۳۴۴

مقدار	تاریخ
۲۷,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۵,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۲۴,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۲۴,۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۲۴,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۳,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۲۲,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲۵,۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۲۳,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۲۳,۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۲۳,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲۵,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۳,۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۲۲,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۲۲,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲۳,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲۳,۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۳,۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 6.18	SD: 1.504	Mean: 24.339
-----------	-----------	--------------

