

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۳۲	۰,۰۷۶	۳,۷۰۲	۳,۷۷۸	۳,۸۵۴	۳,۹۳	۴,۰۰۶	۴,۰۸۲	۴,۱۵۸

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۳,۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۳,۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۳,۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۳,۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۳,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۳,۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۴,۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۳,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۳,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۳,۸۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۳,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 2.365	SD: 0.093	Mean: 3.916
------------	-----------	-------------

