

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc

سری ساخت : 2-1400

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : 1400/02/28

| 3SD | 2SD | 1SD | MEAN | -1SD | -2SD | -3SD | SD | CV% |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 7.525 | 7.231 | 6.937 | 6.643 | 6.349 | 6.055 | 5.761 | 0.294 | 4.42 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 29/04/1400 | 7 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 21/04/1400 | 7.4 |
| 23/04/1400 | 7.1 |
| 26/04/1400 | 6.9 |
| 28/04/1400 | 6.7 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 08/04/1400 | 5.8 |
| 09/04/1400 | 7.2 |
| 13/04/1400 | 6.6 |
| 14/04/1400 | 6.1 |

| | | |
|-------------|-----------|------------|
| Mean: 6.756 | SD: 0.522 | CV%: 7.731 |
|-------------|-----------|------------|

