

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۷.۴۱۵	۰.۴۹۶	۵.۱۹۵	۵.۶۹۱	۶.۱۸۷	۶.۶۸۳	۷.۱۷۹	۷.۶۷۵	۸.۱۷۱

مقدار	تاریخ
۶.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۶.۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۶.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۶.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۷.۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۶.۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۶.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۶.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۶.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۶.۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 6.359	SD: 0.424	Mean: 6.664
------------	-----------	-------------

