

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷۰۹	۱.۹۳۷	۱۹.۳۱۹	۲۱.۲۵۶	۲۳.۱۹۳	۲۵.۱۳	۲۷.۰۶۷	۲۹.۰۰۴	۳۰.۹۴۱

مقدار	تاریخ
۲۶.۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۵.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰

مقدار	تاریخ
۲۶.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۴.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۸.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۶.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵

CV%: 5.192	SD: 1.362	Mean: 26.24
------------	-----------	-------------

