

عنوان آزمایش : Lamotrigin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۷.۷۰۹	۱.۹۳۷	۱۹.۳۱۹	۲۱.۲۵۶	۲۳.۱۹۳	۲۵.۱۳	۲۷.۰۶۷	۲۹.۰۰۴	۳۰.۹۴۱

مقدار	تاریخ
۲۵.۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۲۵.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۵.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۲۵.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۲۶.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۲۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۵.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲۵.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۲۳.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۶.۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۸.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۶.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۲۶.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۴.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۶.۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 4.49	SD: 1.165	Mean: 25.94
-----------	-----------	-------------

